

Техническое задание п. 2.1.16

Синоптофор

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Синоптофор для диагностики косоглазия	1 шт.		
1.	Основные параметры			
	Диапазон показаний шкалы горизонтальных углов	0+/- 45 град		
	Диапазон показаний шкалы вертикальных углов	0+/- 10 град		
	Угол поворота оптической головки при самостоятельных разворотах	Не менее +/- 45 град		
	Угол поворота оптической головки при симметричных разворотах			
	- в направлении схождения	Не менее 45 град		
	- в направлении расхождения	Не менее 25 град		
	Угол поворота оптической головки при односторонних разворотах	Не менее 32 град		
	Поворот объектов относительно оптической оси от нуля	Не менее 15 град		
	Расстояние между осями окуляров оптических головок, в пределах	50-70 мм		
	Увеличение оптической системы	2		
	Частота колебаний в сек в пределах	.2-8		
	Потребляемая мощность	Не более 30 ВА		
	Питание	220 В, 50 Гц		
2.	Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства			
	Обучение персонала на месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
3.	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		