

Техническое задание

АВТОРЕФКЕРАТОМЕТР

№ п.п.	ПАРАМЕТР	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	АВТОРЕФКЕРАТОМЕТР • Внутренний датчик температуры • Программа «Фокус-контроль» Режимы измерений:	1 шт.		
1.	Общие требования:			
	K/R	Кератометрия и рефрактометрия		
	Ref	Рефрактометрия		
	Ker	Кератометрия		
	CLBC	Измерение базовой кривизны контактных линз		
	1.1 Рефрактометрия			
	Вертексное расстояние (VD)	0,10,12, 13.5,15 мм		
	Сфера (SPH)	-25.00 ~ +22.00 дптр (VD=12 мм), шаг 0.12 или 0.25 дптр		
	Цилиндр (CYL)	0.00 ~ +/- 10.00 дптр, шаг 0.12 или 0.25 дптр		
	Оси (AX)	1 ~ 180°		
	Форма цилиндра	-, +, +/-		
	Межзрачковое расстояние	10~85 мм		
	Минимальный диаметр зрачка	2.0 мм		
	1.2.Кератометрия			
	Роговичная рефракция	33.00 ~ 67.50 дптр		
	Роговичный астигматизм	0.00 ~ -15.00 дптр, шаг 0.05/0.12/0.25 дптр		
	Оси	1 ~ 180°		
	Измерение диаметра роговицы	2.0 ~ 12.0		
	Радиус кривизны	5.0 ~ 10.2 мм		
	1.3. Другие:			
	Экран / принтер	7,0" цветной LCD монитор/ встроенный термопринтер		
	Источник питания	АС 100~240v, 50/60Hz/70W, режим сохранения энергии (3, 5 или 10 мин на выбор)		
	Габариты / Вес	248x476x475/18 кг		
	Перемещение подбородника	Макс. 55 мм		
	Выходные данные	RS-232 Interface, Video output		
	Время измерения	0.07 сек		
	Вес:	Около 20 кг.		
2.	Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства			

	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Сервисная служба	Наличие		
3.	Документы			
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Свидетельство о поверке	Наличие		
	Свидетельство об утверждении типа средств измерений	Наличие		