

Техническое задание Стимулятор с бегущим магнитным полем кольцевого типа

Стимулятор с бегущим магнитным полем кольцевого типа

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Стимулятор с бегущим магнитным полем кольцевого типа магнитная стимуляция, обеспечиваемая прибором, способствует восстановлению функций тканей и нервных путей. Это обстоятельство характерно для любой области воздействия, где имеют место нарушения функции нервного или сосудистого характера.	1 шт.		
1.	Общие требования			
	Частота повторения запусков двигателя	10 раз в мин		
	Частота вращения магнитов	от 1 до 15 Гц		
	Потребляемая мощность	не более 1 Вт		
	Масса прибора	не более 0,3 кг		
	Время непрерывной работы	не ограничено		
	Питание	от сети переменного тока 220 В, 50 (60) Гц		
	Индукция магнитного поля на поверхности корпуса	220-250 мТл.		
2.	Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства			
	Обучение персонала на месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
3.	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		