

Техническое задание

Электростимулятор офтальмологический ЭСОМ

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Электростимулятор офтальмологический	1 шт.		
1.	Основные параметры			
	Амплитуда электрических импульсов	1-999 мкА		
	Режим следования импульсов	Непрерывный и пачечный1		
	Частота пачек	1-30 Гц		
	Частота	1-65 Гц		
	Продолжительность импульса	1-50 мсек		
	Кол-во импульсов в пачке	1-60		
	Кол-во пачек в серии	1-60		
	Интервал между пачками	1-60 сек		
	Интервал между сериями	10-60 сек		
	Питание	220 В, 50 Гц		
2.	Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства			
	Обучение персонала на месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
3.	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		