

Аппарат для лазеростимуляции и лазеротерапии ЛАСТ-01

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Аппарат для лазеростимуляции и лазеротерапии ЛАСТ-01	1 шт.		
1.	Основные параметры			
	Длина волны излучения	0,66 -0,67 мкм		
	Диапазон ступенчатого изменения интенсивности излучения (4ступени)	От 0,4 до 1 мВт		
	Частота модуляции луча	0,5; 1; 10 Гц,		
	Фиксатор головы	Наличие		
	Питание	220 В, 50 Гц		
2.	Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства			
	Обучение персонала на месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
3.	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		