

## Техническое задание рабочее место офтальмолога VS-2000

	Описание требований	Значение параметра ТЗ	Наличие функции или величина параметра
	стол-слайдер для двух приборов с вращающейся столешницей;	Наличие	
	кресло с электрической регулировкой ВЫСОТЫ	Наличие	
	откидываемыми подлокотниками и откидываемой спинкой	Наличие	
	регулируемый по высоте подголовник	Наличие	
	верхняя осветительная лампа с плавной регулировкой	Наличие	
	кронштейн для проектора знаков	Наличие	
	кронштейн для крепления фороптера.	Наличие	
	<b>Технические характеристики</b>		
	Угол поворота кронштейна под фороптер	$\pm 30^\circ$	
	Размер столешницы	840 мм x 405 мм	
	Угол поворота столешницы	$90^\circ$	
	Угол поворота кресла	$\pm 60^\circ$	
	Диапазон перемещения кресла	500-700 мм	
	Возможная нагрузка на кресло	300 кг	
	Высота подъема подголовника	$\pm 150$ мм	
	Наклон спинки	$60^\circ$	
	Цвет	Бежевый или черный	
	Напряжение питания	110В/220В 50Гц-60Гц	
	Мощность источника питания	140Вт 220В	
	Мощность осветителя	15Вт 110В/220В	
	15Вт 110В/220В	1Вт	
	Рабочая температура, град	-30 +50	
	Влажность	Менее 90 %	
	Габаритные размеры, мм	1400 x 1000 x 1990	
	Вес	180 кг	
<b>1.6.</b>	<b>Прочие требования:</b>		
	Доставка, монтаж и обучение работе с прибором осуществляется Поставщиком	Наличие	

	Гарантийное обслуживание	Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию	
	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие	
	Регистрационное удостоверение	Наличие	
	Декларация соответствия	Наличие	