## Техническое задание Индикатор ВГД

| Характеристика   | Индикатор ВГТ   |
|--|---|
| Погрешность измерения  | Допускаемое отклонение оценки граничного значения (26 мм рт.ст.) между нормальным и высоким давлением ± 2,0 мм рт.ст. |
| Время одного измерения, с, не более  | 3   |
| Напряжение питания, В  | 3   |
| Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее | 1500  |
| Срок службы, лет, не менее   | 8   |
| Масса, г, не более   | 89  |
| Габаритные размеры, мм, не более   | 174 x 26 x 20   |
| Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства                        |   |
| Обучение персонала на месте  | Наличие   |
| Гарантийный период на систему  | 12 месяцев  |
| Наличие сервисной службы   | г. Москва   |
| Документы  |   |
| Сертификат соответствия  | Наличие   |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ  | Наличие   |