

## Техническое задание

### Тонометр ICARE

№ п.п.	ПАРАМЕТР	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Тонометр Icare	1 шт.		
<b>1.</b>	<b>Общие требования:</b>			
	Измерительный диапазон	0 ÷ 99 мм рт. ст.)		
	Точность измерения	Предел допускаемой погрешности измерения в диапазоне, не более: от 5 до 30 мм.рт.ст. $\pm 2,8$ мм рт.ст От 30 до 80 мм рт.ст. $\pm 15\%$		
	Источник питания	4 батареи (типа AA)		
	Точность монитора	1		
	Вес	155 г(без батарей), 250 г (с батареями)		
	Размеры	13-32 мм(Ш) 45-80мм(В) 230мм(Д)		
	Комплектация	Один комплект наконечников (100 штук)		
<b>2.</b>	<b>Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства</b>			
	Обучение мед. персонала на рабочем месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Сервисная служба	Наличие		
<b>3.</b>	<b>Документы</b>			
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		
	Сертификат соответствия	Наличие		