

| № п.п. | ПАРАМЕТР | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) | Примечание |
|-----------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| | Рабочее место врача-офтальмолога AARU 2000 | 1 шт. | | |
| 1. | Общие требования: | | | |
| | Предметный столик на два прибора | Наличие | | |
| | Механическое управление перемещением предметного столика | Наличие | | |
| | Кресло пациента, раскладывающееся в горизонтальное положение электроприводом | Наличие | | |
| | Диапазон регулировки высоты подъема-опускания кресла пациента | 300 мм | | |
| | Колонна проектора знаков | Наличие | | |
| | Педаль управления подъемом, опусканием кресла пациента | Наличие | | |
| | Верхнее освещение, лампа накаливания | 220В, 40Вт | | |
| | Материал кресла | Кож.заменитель | | |
| | Напряжение питания | 110/220 Вольт | | |
| | Масса не более | 190 кг | | |
| | Габаритные размеры в разложенном состоянии , не более(см.) | 240x115 | | |
| | Габаритные размеры в сложенном состоянии, не более (см.) | 190x110 | | |
| 2. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства | | | |
| | Гарантийный период на систему | 12 месяцев | | |
| | Сервисная служба | Наличие | | |
| 3. | Документы | | | |
| | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | | |
| | Сертификат соответствия | Наличие | | |