

Техническое задание

Рабочее место офтальмолога с креслом пациента

Описание параметра	Величина, заданная по ТЗ
Рабочее место:	
Кресло пациента	Наличие
Регулировка кресла пациента по высоте	Наличие
Ход кресла	Не менее 180 мм
Высота кресла от земли	550 мм
Регулировка наклона спинки	Наличие
Наклон спинки не менее	60 градусов
Регулировка подголовника По горизонтали , не менее По вертикали , не менее	Наличие 135мм 160мм
Упор для ног	наличие
Наклон упора не менее	90 градусов
Возможность заказа цвета пластика и обивки	Возможность
Диапазон вертикального перемещение кресла пациента	Не хуже 150 мм
Поворотный подвижный стол на два прибора	Наличие с ручным фиксатором
Высота стола от земли	Не менее 900 мм
Осветительная лампа	Флюорисцентная, не менее 15W
Карманы для офтальмоскопа/ретиноскопа	Наличие не менее 2-х карманов
Уравновешенный Кронштейн фороптора с механическим фиксатором	опционально
Регулировка в горизонтальной плоскости	Не менее 640 мм
Поворот кронштейна	360 градусов
Встроенная проводка и розетки на рабочем столе для подключения приборов по цепи низкого напряжения	Наличие
Технические характеристики:	
Размеры не более	W1422 mm * D 1228 mm *H 2000 mm
Вес стола с креслом не более	160кг
Угол поворотного стола	90градусов
Питание	АС 110\220В,50\60Гц
Потребляемая мощность	Не более 990ВА