

## Техническое задание Синоптофор Takagi MT-364

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	<b>Синоптофор для проверки, измерения, тренировки и коррекции бинокулярного зрения, лечения</b>	<b>1 шт.</b>		
<b>1.</b>	<b>Основные параметры</b>			
	<b>• ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ГОЛОВOK:</b>			
	Горизонтальное	Аддукция +50 / -40 град.		
	Вертикальное	Гиперфория 30 град.		
	Вращательное	Инциклофория 20 град. Эксциклофория 20 град.		
	Скорость вращения гребенок Гайдингера	50-100 оборотов в минуту		
	Бесшаговая диафрагма	Изменение поля зрения (угла)		
	Расстояние между осями окуляров оптических головок, в пределах	45-80 мм		
	Пределы регулировки подбородника	От 60 до 130 (от трубки окуляра)		
	Количество слайдов	13 наборов		
	Головки с полупрозрачными зеркалами	1 набор		
	Автоматическое мигание	10-400 раз в минуту		
	Ручная мигалка	По нажатию кнопки		
	Лампа подсветки мишени	6.2 В 0.3 А, по одной слева и справа		
	Лампа за изображением	12 В 2 А, по одной слева и справа		
	Потребляемая мощность	58 Вт.		
	Предохранитель	2 А		
	Внешние габариты	530 x 310 x 390 мм		
	Вес	20 кг		
	Питание	110-240 В, 50 Гц		
<b>2.</b>	<b>Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства</b>			
	Обучение персонала на месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
<b>3.</b>	<b>Документы</b>			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		